



**MINISTÈRE
DES ARMÉES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

CERAH

1, Bellevue - BP 50719
57147 WOIPPY Cedex
Tél. 03 87 51 30 30
<https://cerahtec.invalides.fr>



**INSTITUTION
NATIONALE DES
INVALIDES**

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

Certificate of conformity

N°24-029-A

Canne modèle PREMIUM

1.	Demandeur – Titulaire <i>Applicant - Holder</i>	Fabricant <i>Manufacturer</i>	Mandataire <i>UE representative</i>
	FDI FRANCE MEDICAL 77 route de Buatière-Fitilieu 38490 LES ABREST EN DAUPHINE FRANCE	FDI FRANCE MEDICAL 77 route de Buatière-Fitilieu 38490 LES ABREST EN DAUPHINE FRANCE	/

2. **Texte de référence / Reference text**

Norme NF EN ISO 11334-1 (2007)
Produits d'assistance à la marche manipulés avec un bras
Exigences et méthodes d'essai
Partie 1 : Cannes à appui antébrachial
Assistive products for walking manipulated by one arm -
Requirements and test methods - Part 1 : elbow crutches

3. **Poids maximum de l'utilisateur / Maximum user mass**

130 kg

4. **Validité/ validity**

Ce certificat est émis au vu du rapport d'essai 24-029-A du 15 juillet 2024.
This certificate is emitted in view of the test report 24-029-A on July 15th.

Toute modification du produit entraîne la nullité du présent certificat de conformité.
Any modification of the product shall cause the nullity of the present certificate of conformity.

Valable 5 ans à partir de la date d'édition.
Valid 5 years from the date of edition

**Le Chef de l'Unité Expertise des Appareillages,
Responsable du service des Essais**
*Head of Medical Device Expertise Unit,
Head of Testing department*

Alain Pawlowski



INI-CERAH GRIMMER J.M.

Certificat édité le 31 juillet 2024
Certificate edited on July 31, 2024