

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

Certificate of conformity

N°24-032-A

Canne modèle SOFT STEP

1.	Demandeur – Titulaire <i>Applicant - Holder</i>	Fabricant <i>Manufacturer</i>	Mandataire <i>UE representative</i>
	FDI FRANCE MEDICAL 77 route de Buatière-Fitilieu 38490 LES ABREST EN DAUPHINE FRANCE	FDI FRANCE MEDICAL 77 route de Buatière-Fitilieu 38490 LES ABREST EN DAUPHINE FRANCE	/

2. Texte de référence / Reference text

Norme NF EN 1985 (1999)

Aides à la marche – Prescriptions générales et méthodes d'essais

Walking aids. General requirements and test methods

§ 7 - Protection contre les risques mécaniques et thermiques

§ 7 - Protection against mechanical and thermal risks

3. Poids maximum de l'utilisateur / Maximum user mass

100 kg

4. Validité/ validity

Ce certificat est émis au vu du rapport d'essai 24-032-A du 15 juillet 2024.

This certificate is emitted in view of the test report 24-032-A on July 15th, 2024.

Toute modification du produit entraîne la nullité du présent certificat de conformité. Any modification of the product shall cause the nullity of the present certificate of conformity.




Valable 5 ans à partir de la date d'édition.

Valid 5 years from the date of edition

**Le Chef de l'Unité Expertise des Appareillages,
Responsable du service des Essais**

*Head of MedicalDevice Expertise Unit,
Head of Testing department*



Alain Pawlowski

Certificat édité le 31 juillet 2024

Certificate edited on July 31, 2024